

JZU Dom zdravlja "Budva"
Broj:1712/17
Budva, 30.11.2017. godine

PREDMET: Zahtjev za dostavljanje ponude

Poštovani,

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za navedene količine medicinske opreme, na naš mail do 05.12.2018. godine.

Procijenjena vrijednost ove nabavke je 1.080,00 € sa PDV-om.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B	Opis predmeta nabavke,odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta,performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Kolicina
1	Sprkulum	-Vaginalni spekulum -Izradjen od nerđajućeg celika za višekratnu upotrebu -Dimenzije 110 x 34 mm	Komad	4
2	Medicinska lampa sa jakim snopom svjetla za ginekoloske preglede	-Izvor svjetlosti:Halogena lampa -Potrošnja energije :maksimalno 50W -Zivotni vijek sijalice : minimalno 7,000 sati -Intezitet svjetla ma udaljenosti od 50 cm:minimalno 37000 luksa -"Colour temperature" na udaljenosti od jednog metra:maksimalno 3100K	Komad	1

3	Klijesta za biopsiju	-Ginekološka klijesta za biopsiju -Izradjena od nerudajućeg celika za višekratnu upotrebu -Dimenzija: dužina 24 cm	Komada	1
4	Endocervikalne kirete	-Kireta sa rigidnim ostrim vrhom - Izradjena od nerudajućeg celika za višekratnu upotrebu -Dimenzije : dužina 24cm sa vrhom od 8 mm	Komada	1
5	Endocervikalni spekulum	-Kireta sa rigidnim ostrim vrhom - Izradjena od nerudajućeg celika za višekratnu upotrebu -Dimenzija: dužina 24 cm	Komad	1

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE



Miloš Popivoda

M. Popivoda